

## 製品指定理由書

1. 番号 令 8 現単健物第 7 号
2. 件名 市立小出病院胸部 X 線画像診断支援システム購入
3. 品名 胸部 X 線画像診断支援システム 一式
4. 主要機器規格 富士フイルムメディカル株式会社
  - ・胸部 X 線画像病変検出装置 LU-AI689
  - ・UPS APC SRT1500XLJ
5. 指定理由 

本製品は、胸部 X 線画像をコンピュータ処理して、医師の読影を補助するための医療システムである。医師が見落とす可能性のある異常領域（病変）を検出し、診療の参考情報として提供され、病態に係わる判断、評価又は診断を行うために使用される。

今回購入する胸部 X 線画像診断支援システムにおいて、より質の高い医療提供を行うために、仕様書「第 4-2」を満たすことが必須となる。この仕様は、富士フイルムメディカル株式会社製の胸部 X 線画像診断支援システムしか満たすことができないため、製品指定をするものである。