

## 魚沼市養護老人ホーム南山荘介護用ベッド購入 仕様書

1. 番 号 介福第 48 号
2. 件 名 魚沼市養護老人ホーム南山荘介護用ベッド購入
3. 履 行 場 所 魚沼市 下折立 地内
4. 履 行 期 限 令和 5 年 9 月 3 0 日まで
5. 本体に関する性能、機能などに関する要件

下記の主要な機器の性能及び機能に関する条件を満たしていること。

(1) ベッド本体について、以下の条件を満たすこと。

① 寸法は次の範囲内であること。

- ・長さ 2,000 mm から 2,150 mm
- ・幅 930 mm から 970 mm
- ・床幅 830 mm から 850 mm

② 最低床高は 300 mm 以下、最高床高は 600 mm 以上であること。

③ 電動 3 モーターにより、角度を調整できる機能を有すること。

- ・背上げ角度は 0 度から 75 度程度
- ・脚上げ角度は 0 度から 24 度程度
- ・背・脚上げ角度は、背 0 度から 75 度程度、脚 0 度から 24 度程度

(2) サイドレール等の付属品について、以下の条件を満たすこと。

① サイドレールは 2 種類あり、寸法は次の範囲内であること。

i 「サイドレール」レギュラー

長さ 960 mm 以上 990 mm 以下の範囲で、高さ 450 mm 以上 550 mm 以下の 2 本 1 組であること。

ii 「サイドレール」ショート

長さ 550 mm 以上 590 mm 以下の範囲で、高さ 450 mm 以上 550 mm 以下であること。

② 開閉式移動支援バーの寸法は長さ 1100 mm 以上 1200 mm 以下の範囲、高さ 450 mm 以上 550 mm 以下であること。

6. 性能・機能以外の条件

上記のほか、「7. 調達機器構成表」及び「8. 納入等に関する諸要件」に基づき対応すること。

## 7. 調達機器構成表

No.	調達物品名	数量	参考メーカー	参考形式	備考
1	電動 3 モーターベッド (固定脚)	6 台	フランスベッド	TG-NA39L2 (P0)	非課税
2	i 「サイドレール」 レギュラー	6 組	フランスベッド	SR-100JJ BR	非課税
3	ii 「サイドレール」 ショート	6 本	フランスベッド	SR-351JJ BR	非課税
4	開閉式移動支援バー	6 本	フランスベッド	GR-505G	課税
	運搬費用	1 式			課税

※ 設置イメージ図については別添のとおり

## 8. 納入等に関する諸条件

### (1) 納入条件

- ① 機器の納入日は、あらかじめ発注者と日程調整を行うこと。
- ② 納入時に故障、汚損、不良又はその他不具合が生じた場合は、速やかに交換又は修理すること。
- ③ 機器搬入時、必要に応じて搬入経路の壁及び床を養生すること。
- ④ 機器搬入時に誤って施設の躯体、設備、器物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従い自己の負担において修復すること。
- ⑤ 納入日に、発注者と受注者立合いの下、納品検査を行うこと。
- ⑥ 納入時に納入品を撮影し、検収資料を発注者へ提出すること。
- ⑦ 納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理してから 30 日以内に発注者は受注者に対し、契約額を支払う。

### (2) 保守点検体制

- ① 機器、付属品等の保証期間は検査検収後 1 年とし、保証期間内の点検、調整等  
を無償で適宜行うこと。
- ② 必要な消耗品及び故障時等の部品について、安定供給が確保されていること。
- ③ 必要な消耗品、部品及び故障時等の対応について、責任を持つこと。

## 9. その他

仕様書に定めのない事項については、その都度協議する。

別添 設置イメージ図

