

魚沼市立保育園等自動体外式除細動器(AED)貸貸借 仕様書

1. 件名 5 保借第 1 号 魚沼市立保育園等自動体外式除細動器(AED)貸貸借

2. 自動体外式除細動器(AED、以下「AED」という。)貸貸借の内容(1台あたりの構成を表す)

品名	内容	数量
AED 一式	(1) AED 本体：1 台 (2) バッテリー：1 個 (3) 電極パッド：2 組(未就学児用、小学生～大人用共通で利用できるもの) (4) 収納用キャリングケース：1 個 (本体を保護するものであり、付属品を収納できるもの) (5) AED 用救急セット ①人工呼吸用マウスピース又はシート：1 個 ②救急用はさみ：1 個 ③脱毛用テープ又は徐毛用剃刀：1 個 ④使い捨て手袋：1 個 ⑤汗等水分拭用布：1 枚 (6) 取扱説明書(日本語)：1 部	1 セット

3. 仕様

- (1) 医療用具として、薬事法に基づく承認を受けているもので、出力波形が 2 相性のものであること。
- (2) 非医療従事者の使用が認められている機器であること。
- (3) 日本版救急蘇生ガイドライン 2020 年に対応しているものであること。
- (4) AED 本体が未就学児への使用を許可された機種であること。
- (5) 本体の切り替えスイッチ又は未就学児キーにより、「小学生～大人モード」と「未就学児モード」の変更ができること。
- (6) 電極パッドはあらかじめ本体に接続された状態で、本体上部に保管され見てすぐわかること
- (7) 新品で未使用であること。
- (8) メーカー保証期間は 7 年(84 カ月)以上であること。
- (9) セルフテスト機能を有すること。セルフテストは AED 本体・バッテリー・電極パッドについて毎日実施され、使用期限内にも関わらず、不具合等が生じた場合は音や表示で警告するものであること。又、容易に確認できるように表示は 1 種類であること。
- (10) バッテリー及び除細動パッドは契約期間を通して期限切れのないよう交換をすること。
また、AED を使用したときは、必要な消耗品を交換すること(直接設置場所に持参し、交換すること。郵送等の送付不可)。
- (11) 日本語の音声ガイダンスで動作を指示できること。

4. 参考機器

日本光電工業(株) カルジオライフ AED-3100

※使用機器については参考機器と同等機種以上の性能を有すること。

5. 設置台数及び設置先

設置台数 7 台

設置施設 別紙「設置場所一覧」のとおり

6. 賃貸借期間

令和 5 年 12 月 1 日から令和 12 年 11 月 30 日までの 7 年間（84 カ月）とする。

※この契約は、地方自治法第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の予算の減額又は削減があったときは、契約を変更又は解除することができるものとする。

7. 納入期限

令和 5 年 11 月 30 日までとする。

※納入期限前に納入された場合においても、賃貸借期間開始日は令和 5 年 12 月 1 日とする。

8. 賃借料の支払い

賃借料は 1 台あたりの月額単価として支払うものとする。

賃貸借期間開始日の令和 5 年 12 月 1 日から賃借料が発生するものとし、契約締結日から納入期限までの間の支払いはしない。

賃借料は毎月末締めで受注者が請求書を発行し、発注者は適法な請求書を受領した日から 30 日以内に受注者指定の口座に振り込むものとする。

9. その他

- ・納入は、あらかじめ設置場所の管理者等と日時を調整したうえで行うこと。
- ・設置施設に AED 設置場所を表示するシールを貼付すること。
- ・納入時に施設職員等に対し使用方法の講習を行うこと。このとき実習用の機材一式については受注者が用意すること。
- ・使用方法等の照会については、随時応じること。
- ・年 1 回又は施設職員が要請したときは随時、保守点検(バッテリーパックの点検を含む)を行い、機器が正常に作動することを確認すること。
- ・機器の使用に必要な消耗品の交換(AED 使用後のパッド及びバッテリー交換を含む)を行うこと。
- ・医療機関等に求められた場合は、AED 使用時の解析データを提供することができること。
- ・賃借期間満了後において、借受物品の処分について、無償で行うこと。
- ・機器の不具合等によりプログラム等を変更する必要がある場合は、賃貸者の責任において、対応すること。
- ・機器の故障等により緊急の対応が必要な場合、修理対応受付後、原則として 3 時間以内に復旧対応すること。また、修理に時間を要する場合は、翌日までに代替器を用意すること。
- ・かかる経費は全て賃借料に含むこと。
- ・この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。

別紙 設置場所一覧

NO	施設名	住所	設置数
1	堀之内なかよし保育園	魚沼市堀之内 3910 番地 1	1
2	佐梨保育園	魚沼市佐梨 777 番地 4	1
3	伊米ヶ崎保育園	魚沼市虫野 1897 番地 8	1
4	つくし保育園	魚沼市七日市 275 番地 1	1
5	ふたば東保育園	魚沼市今泉 1995 番地 1	1
6	ふたば西保育園	魚沼市山口 20 番地 1	1
7	すもんこども園	魚沼市須原 4546 番地 1	1