

別紙 1

1. 規格(4台の共通事項)

- (1) 本体は救急蘇生法の指針2020に準拠した製品であること。
- (2) 医療機器として薬事法の承認を得ていること。
- (3) 出力波形は二相性波形であること。
- (4) 日本語音声により動作を指示できること。
- (5) 非医療従事者の使用が認められている機器であること。
- (6) 心臓マッサージや人工呼吸の回数、タイミングを音声又は液晶画面でガイドする機能を備えていること。
- (7) 本体が未就学児への使用を許可された機種であり、本体の切替スイッチ又は未就学児キーにより、「小学生～大人モード」と「未就学児モード」の変更ができること。
- (8) セルフテスト機能を有すること。
- (9) 本体の保証期間が7年以上であること。
- (10) 既存のAEDがキャビネットに収納されている場合は、当該キャビネットに格納できること。
格納が困難な場合は、別途、キャビネットを用意すること。

2. 付属品

機器1台につき、以下の一式をそれぞれ付属すること。

- ・使い捨て除細動パッド×1組以上
- ・バッテリー
- ・専用キャリングケース
- ・救急セット(脱毛テープ又は除毛用剃刀、汗等水分拭用布、使い捨て手袋、人工呼吸用マウスピース又はシート、ハサミ)

3. 参考商品

株式会社フィリップス・ジャパン ハートスタートFRX+e

※ 同等品以上とし、上記規格等を全て満たすものとする。