

製品指定理由書

1. 番 号 6 魚健物第 8 号
2. 件 名 国民健康保険魚沼市立小出病院 DICOM 画像検像システム購入
3. 品 名 富士画像診断ワークステーション
4. 規 格 富士フイルムメディカル株式会社 FS-QA681S
5. 指定理由 本製品は DR（デジタルラジオグラフィ）の画像診断装置で収集された画像データを処理・表示し、病態に係わる判断、評価又は診断を行うための医療機器である。
 現在国民健康保険魚沼市立小出病院の放射線科で使用している撮影器機は富士フイルムメディカル株式会社の製品であり、他社製品の画像検像システムでは撮影画像の確認・修正を行うことができないため製品を指定するものである。