

製品指定理由書

1. 番 号 6 魚健物第 9 号
2. 件 名 魚沼市国民健康保険堀之内医療センター一般撮影用 FPD 装置及び画像処理端末購入
3. 品 名 デジタルラジオグラフィ
4. 規 格 富士フイルムメディカル株式会社 DR-ID 1800
5. 指定理由 本製品は X 線平面検出器で撮像し、コンピュータ処理した画像データを病態に係わる判断、評価又は診断を行うための医療機器である。
 現在国民健康保険魚沼市立小出病院（以下「小出病院」という。）の放射線科で使用している撮影器機は富士フイルムメディカル株式会社の製品であり、魚沼市国民健康保険堀之内医療センター（以下「堀之内医療センター」という。）にも同一メーカーの器機を導入することで、堀之内医療センターで撮影された画像が小出病院内で差異なく閲覧が可能となる。
 以上のとおり、病院間の連携強化及び効率的かつ質の高い医療提供のため製品を指定するものである。