

製品指定理由書

1. 番 号 6 魚健物第 13 号
2. 件 名 国民健康保険魚沼市立小出病院無停電電源装置購入
3. 品 名 FULLBACK SAU-A 据置タイプ
4. 規 格 株式会社 GS ユアサ SAU-A302
5. 指定理由 本製品は、生化学自動分析装置に接続し、施設の瞬間停電や電圧低下時における急な機器停止を防止するための機器である。
現在国民健康保険魚沼市立小出病院の検査科で使用している生化学自動分析装置に対応できる無停電電源装置が、株式会社 GS ユアサの製品であるため、指定するものである。