

## 特別養護老人ホーム鮎の里介護用ベッド購入 仕様書

- 1 番 号 6 介福第 100 号
- 2 件 名 特別養護老人ホーム鮎の里介護用ベッド購入
- 3 履 行 場 所 魚沼市 堀之内 地内
- 4 履 行 期 限 令和 7 年 7 月 31 日まで
- 5 調達機器の仕様 以下要件を満たしていること。

種別	物 品 名	仕 様	数 量	参考メーカー・品番	
				フランスベッド <sup>®</sup>	ハニーマウントベッド <sup>®</sup>
ベッド 本 体	低床 ボード樹脂製 3 モーターベッド キャスター付き マットレス幅 91cm 手元スイッチ付き	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電動 3 モーター</li> <li>・ベッド本体 長さ 200～215 cm 程度 幅 100 cm 程度</li> <li>・床面高 26cm 以下 60cm 以上</li> <li>・背上げ角度は 0 度から 75 度程度</li> <li>・脚上げ角度は 0 度から 24 度程度</li> <li>・背・脚上げ角度は、背 0 度から 75 度程度 脚 0 度から 24 度程度</li> <li>・キャスターロック機能 (一度の操作で全てのキャスターのロック 及び解除が可能なもの)</li> </ul>	26 台	JS-SWM33/PC1	KA-N1321J
ベッド 付属品	ベッドサイドレール レギュラー (2 本 1 組)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スチール製・樹脂 長さ 96cm 程度×高さ 46cm 程度</li> </ul>	26 組	SR-100JJ GY	KS-161G
	開閉式移動支援バー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スチール製・樹脂 長さ 117cm 程度×高さ 46cm 程度 (内スイング部 37cm 程度)</li> </ul>	26 本	GR-505G	KS-099AH
	ベッドサイドテーブ ル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 90cm 程度</li> <li>・奥行 40cm 程度</li> <li>・高さ 66cm～94cm 程度</li> <li>・キャスターロック機能付き</li> </ul>	14 台	ST-136N TL LO	KF-1934
	オーバーテーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 120cm 程度</li> <li>・奥行 45cm 程度</li> <li>・高さ 66cm～94cm 程度</li> <li>・キャスターロック機能付き</li> </ul>	10 台	ST-140 TL WH	KF-833LA
その他	組立設置費用		一式		
	運搬費用		一式		

### 6 納入等に関する諸条件

#### (1) 納入条件

- ① 機器の納入日は、あらかじめ発注者と日程調整を行うこと。
- ② 納入時に故障、汚損、不良又はその他不具合が生じた場合は、速やかに交換又は修理すること。
- ③ 機器搬入時、必要に応じて搬入経路の壁及び床を養生すること。
- ④ 機器搬入時に誤って施設の躯体、設備、器物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従い受注者の負担において修復すること。

- ⑤ 納品場所は2階各居室とし、搬入には既存のエレベータを使用することができる。
- ⑥ 梱包資材は、受注者の責任において適切に処分してください。
- ⑦ 納入日に、発注者と受注者立合いの下、納品検査を行うこと。
- ⑧ 納入時に納入品を撮影し、検収資料を発注者へ提出すること。
- ⑨ 納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に発注者は受注者に対し、契約額を支払う。

(2) 保守点検体制

- ① 機器、付属品等の保証期間は検査検収後1年とし、保証期間内の点検、調整等は無償で適宜行うこと。
- ② 必要な消耗品及び故障時等の部品について、安定供給が確保されていること。
- ③ 必要な消耗品、部品及び故障時等の対応について、責任を持つこと。

7 その他

本仕様書に定めのない事項については、その都度発注者と受注者で協議する。