

令和4年度

オゾンガス発生器 仕様書

魚沼市消防本部

## 1 目的

この仕様書は、魚沼市消防本部（以下「甲」という。）が購入するオゾンガス発生器について必要な事項を定める。

## 2 仕様

### (1) オゾンガス発生器

ア 本体重量は 8.5kg 以内、寸法は高さ 36 センチ以内、幅 39 センチ以内、奥行き 17 センチ以内であること。

イ オゾン発生量は Max2.0 g/h 以上であること。

ウ 風量は 1.0 m<sup>3</sup>/h 以上であること。

エ CT 測定器、オゾン濃度計、自動回収機能を有すること。

オ CT 値による除菌・除染の効果が可視化できること。

カ CT 値設定後、機械が自動で運転し、自動で停止すること。

キ 軽量ハンディタイプで、どこでも活用でき、救急車内に限らず隊員、精密機械、各種資機材の除染も行えること。

ク 水を使用しないガス式除染で、隅々まで除染が出来ること。

※CT 値：C（オゾン濃度）×T（分）で表され殺菌・不活化効果を示す指標として国際的に認められている。CT 値が高いほどその効果は増加し、逆に CT 値が低いほどその効果は低下する。

### (2) 参考製品

ア オゾンガス式除染装置 BT-088

イ オゾンガス発生器・BIOZONE BT-088M

## 3 疑義

仕様内容に疑義が生じた場合は、速やかに甲と協議すること。

## 4 完成検査

完成検査は、甲が指定する日時及び場所で行うものとし、検査の結果、不適合または、不合格品と認められるものは、甲が指示する日までに製品または部品の取替を行い、再検査を受けるものとする。

## 5 保証

保証期間は、検査合格の日から起算して1年とする。ただし、保証期間経過後に設計不良、製品上の欠陥等に起因する事故等が生じた場合は無償で取り替えまたは改修を行うものとする。

## 6 納期等

- (1) 納入期限      令和4年9月30日
- (2) 納入場所      魚沼市消防本部

## 7 その他

甲の指定した日にオゾンガス発生器の取扱い説明を実施すること。