

屈折検査機器及び専用プリンター購入仕様書

この仕様書は「4 魚子母第3号 屈折検査機器及び専用プリンター購入」に適用するものであり、この仕様に定めのないものについては魚沼市長（以下、「発注者」という。）が受注者と協議し決定するものとする。

1 件名 「4 魚子母第3号 屈折検査機器及び専用プリンター購入」

2 概要 乳幼児健康診査において遠赤外線を利用して眼の写真を撮影し、屈折や眼位検査を行うための機器を購入する。

3 数量 屈折検査機器 1台 専用プリンター 1台

4 仕様

（1）屈折検査機器

ア. 参考品番 アールイーメディカル(株)製 スポットビジョンスクリーナー

型番:AU-VS100S-J 届出番号:13B2X00086000038

上記はあくまでも参考であり製品を指定するものではない。ただし、同等品以上の製品であること。

イ. 医療機器であること。

ウ. 乳幼児健康診査において、屈折検査が行える機器であること。

エ. 持ち運びが可能であること（持ち運ぶための専用のキャリーケース等付属すること）。

オ. 両目同時に測定できること。

カ. 視機能上の問題（近視・遠視・乱視・不同視・斜視等）を迅速かつ的確に検査し、スクリーニングが可能であること。

キ. 球面度数(DS)・円柱度数(DC)・軸角度(Axis)・等値球面度数(SE)・瞳孔間距離・眼位度数を含む、正確な検査結果が表示されること。

ク. 自動判定機能があること。

ケ. 基準値を任意の数値に設定できること。

コ. 基準値を日本眼科学会の推奨値へ設定できること。

サ. 専用プリンターとワイヤレス接続で印刷やデータの転送が可能であること。

（2）専用プリンター

ア. 結果がワイヤレスで印刷できる屈折検査機器の専用プリンターであること。

- 5 提出書類 納品時に「取扱説明書」を 1 部 提出すること。
外国語表記の場合は日本語で訳したものを添付すること。

6 条件等

- (1) 屈折検査機器とプリンターは日本国内でサポートが可能なこと。
- (2) 納品については、あらかじめ発注者と日程調整を行うこと。
- (3) 納品時に故障・汚損・不良・その他不具合が生じた場合は、速やかに交換又は修理すること。ただし、発注者の瑕疵によるものを除く。
- (4) 発注者が指定する場所に搬入し、使用できるよう周辺機器等を接続し設定すること。
- (5) 担当職員に操作方法及び取扱事項等の説明会を開催すること。
- (6) 梱包資材は、回収・廃棄を行うこと。

- 7 納入場所 魚沼市小出島 900 番地 4 魚沼市子育て支援センター

8 その他

- (1) 落札者は契約後直ちに内訳金額を記載したものを提出すること。
- (2) 納入場所は、乳幼児及びその保護者が利用している施設のため、運搬等の際には施設の周辺又は施設内の安全を確認し事故のないようにすること。
- (3) 運搬等作業により施設等が破損する恐れがないように、必要に応じて防止の措置をすること。
- (4) 保証期間は 1 年間とし、当該期間内の故障等に関しては、無償で対応すること。
- (5) 保証期間中にソフトウェアがアップデートされた場合には、最新のソフトウェアのダウンロードを行うこと。
- (6) 代金は納品完了及び市の検査合格後、適法な請求書を受理してから 30 日以内に支払う。

9 疑義等

この仕様書に疑義のある場合及び定めのない事項については、その都度協議する。